



JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

PUBLIC HEALTH INSTITUTE
OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

IB: 4400963610001 • MB: 1752642 B.R.U 5-43-00 • Ž.R: 552-000-0000-5787-65 Addiko Bank a.d. • Ž.R: 562-100-80000177-50 NLB banka a.d. Banja Luka

Број: 500-5387-2/21

Датум: 06.08.2021. године

На основу члана 28. Статута ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, члана 64. став 1) под а) и члана 70. став 3) Закона о јавним набавкама и препоруке Комисије за јавне набавке, утврђене записником број: 500-5387-1/21 од 06.08.2021. године, директор дана 06.08.2021. године доноси *сљедећу*

О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача

Додјељујем уговор у отвореном поступку јавне набавке опреме и потрошног материјала за микробиологију и опреме за регионални центар Добој, број: 500-4223-2/21, понуђачима:

1. Понуђачу „АБ Медик“ д.о.о., Марка Марулића 26, 71000 Сарајево, за:
ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, цијена понуде без ПДВ-а 1.460,00 КМ;
ЛОТ 6 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Хладни сталак, полипропиленска плоча за узорке, адхезивни оптички љепљиви филм за PCR плочу, цијена понуде без ПДВ-а 1.300,00 КМ;

2. Понуђачу „Микро+Поло“ д.о.о. Пијачна 14К, 71210 Илиџа-Сарајево за:
ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића, цијена понуде без ПДВ-а 2.410,00 КМ;
ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена понуде без ПДВ-а 4.300,00 КМ

3. Понуђачу „Елта 90 МБ“ д.о.о., Др Силве Ризванбеговића 18А, 71210 Илиџа, Сарајево, за:
ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, цијена понуде без ПДВ-а 8.900,00 КМ;
ЛОТ 3 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Фрижидер са замрзивачем, цијена понуде без ПДВ-а 13.690,00 КМ;

4. Понуђачу Derby Trade д.о.о., Јована Дучића 1, 76100 Брчко, за:
ЛОТ 1 Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler, цијена понуде без ПДВ-а 10.540,00 КМ;

5. Понуђачу „Еуролаб“ д.о.о., Филипа Вишњића 22, 76300 Бијељина, за:
ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој, цијена понуде без ПДВ-а 12.980,00 КМ;
ЛОТ 9 - Термо хигрометар/Регионални центар Добој, цијена понуде без ПДВ-а 171,00 КМ.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Комисија констатује да је на основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке број: 500-4223/21 од 27.05.2021.године и Одлуке директора о покретању поступка набавке број: 500-4223-1/21 од 27.05.2021. године, услова из Тендерске документације број: 500-4223-2/21 и Обавјештења о набавци број: 390-1-1-281-3-79/21, проведен отворени поступак јавне набавке робе „Набавка опреме и потрошног материјала за микробиологију и опреме за регионални центар Добој“, а у складу са Законом о јавним набавкама.

78 000 Бања Лука / Banja Luka
Јована Дучића / Jovana Dučića 1

ИЈЗРС  ИЈЗРС
info@phi.rs.ba • www.phi.rs.ba

Тел : Tel: +387 (0)51 491 600
Факс / Faks: +387 (0)51 216 510; 215 751

Рок за достављање понуда утврђен је за 05.07.2021. године до 12,00 сати. Након истека рока за достављање понуда Комисија за јавне набавке, именована рјешењем број: 500-4223-3/21 од 08.06.2021. године, извршила је јавно отварање понуда, што је констатовано у записнику са јавног отварања понуда број: 500-5987/21 од 05.07.2021. године. Цијенећи наведено Комисија за јавне набавке је наконведеног јавног отварања понуда приступила анализи документације приложене уз понуде у смислу провјере њене валидности, обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, а у складу са процедурама и правилима утврђених тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама, односно припадајућим подзаконским актима.

Комисија констатује да су у предвиђеном року понуду доставили понуђачи и то:

1. Понуђач „Семикем“ д.о.о., Омладинска 44, 71320 Вогошћа-Сарајево, доставио је понуду како слиједи:

ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 3.500,00 КМ;

2. Понуђач „Сарториус Либра Електроник“ д.о.о., Олимпијска 30, 71000 Сарајево доставио је понуду како слиједи:

ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 4.750,50 КМ;

3. Понуђач „АБ Медик“ д.о.о., Марка Марулића 2Б, 71000 Сарајево, доставио је понуду како слиједи:

ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, цијена без ПДВ-а 1.460,00 КМ;

ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића, цијена без ПДВ-а 2.990,00 КМ;

ЛОТ 6 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Хладни сталак, полипропиленска плоча за узорке, адхезивни оптички љепљиви филм за PCR плочу, цијена без ПДВ-а 1.300,00 КМ;

ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 5.000,00 КМ;

4. Понуђач „Микро+Поло“ д.о.о., Пијачна 14 К, 71210 Илиџа Сарајево, доставио је понуду како слиједи:

ЛОТ 1- Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler, цијена без ПДВ-а 10.540,00 КМ;

ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића, цијена без ПДВ-а 2.590,00 КМ;

ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 4.976,00 КМ;

5. Понуђач „Елта 90 МБ“ д.о.о., Др Силве Ризванбеговића 18А, 71210 Илиџа, Сарајево, доставио је понуду како слиједи:

ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, цијена без ПДВ-а 8.900,00 КМ;

ЛОТ 3 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Фрижидер са замрзивачем, цијена без ПДВ-а 13.690,00 КМ;

ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића, цијена без ПДВ-а 3.000,00 КМ;

ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 2.000,00 КМ;

6. Понуђач Derby Trade д.о.о., Јована Дучића 1, 76100 Брчко, доставио је понуду како слиједи:

ЛОТ 1- Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler, цијена без ПДВ-а 10.540,00 КМ;

ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, цијена без ПДВ-а 1.580,00 КМ;

ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 5.000,00 КМ;

ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој, цијена без ПДВ-а 14.000,00 КМ;

7. Понуђач „Еуро лаб“ д.о.о., Филипа Вишњића 22, 76300 Бијељина, доставио је понуду како слиједи:
 ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, цијена без ПДВ-а 8*545,28 КМ;
 ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена без ПДВ-а 3.582,00 КМ;
 ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој, цијена без ПДВ-а 12.980,00 КМ;
 ЛОТ 9 - Термо хигрометар/Регионални центар Добој, цијена без ПДВ-а 171,00 КМ.

Преглед квалификационе документације је извршен како је назначено у табели:

Р.бр.	Документи као услов за учешће у поступку јавне набавке	Семикем доо, Сарајево (ЛОТ 7)	Сарториус Либра Електроник доо, Сарајево (ЛОТ 7)	АВ Медис доо, Сарајево (ЛОТ 4, 5, 6, 7)	Микро+поло доо, Сарајево (ЛОТ 1, 5, 7)	Елта 90 МБ доо, Сарајево (ЛОТ 2, 3, 5 и 7)	Derby Trade доо Брчко (ЛОТ 1, 4, 7 и 8)	Еуролаб доо Бијељина (ЛОТ 2, 7, 8 и 9)
1	Образац за понуду (Анекс 1)	стр. 3-5	стр. 1-2	стр. 1-2	стр. 4-5	стр. 3-4	стр. 3-4	стр. 2-3
2	Образац за цијену понуде (Анекс 2)	стр. 7	стр. 3	ЛОТ 4 стр. 5, ЛОТ 5 стр. 1, ЛОТ 6 стр. 6, ЛОТ 7 стр. 1	стр. 7, 8 и 9	стр. 5, 7, 9 и 11	стр. 5, 6, 7 и 8	ЛОТ 2 стр. 4, ЛОТ 7 стр. 35, ЛОТ 8 стр. 48, ЛОТ 9 стр. 68
3	Изјава из члана 45. Закона (Анекс 3)	стр. 9	стр. 12	стр. 11	стр. 10	стр. 13	стр. 9	стр. 71
4	Документи у сврху доказивања члана 45. Закона	стр. 11, 13, 43, 45, 49	/	стр. 12-16 (неовјерене копије)	/	/	/	/
5	Изјава у вези члана 52. Закона (Анекс 4)	стр. 21	стр. 13	стр. 18	стр. 11	стр. 14	стр. 10	стр. 72
6	Списак поверљивих информација (Анекс 5)	стр. 23	стр. 14	стр. 21	стр. 12	стр. 15	стр. 12	стр. 74
7	Нацрт уговора (Анекс 6)	стр. 25-27	стр. 15-16	стр. 19-20	стр. 13-14	стр. 16-23	стр. 13-14	стр. 75-76
8	Актуелни извод из судског регистра члан 46. Закона	стр. 39-42	стр. 32-36	стр. 17	стр. 15-18	стр. 24	стр. 15-18	стр. 85-88
9	Изјава о достављању упутства	НЕ	НЕ	стр. 31	стр. 19	стр. 25-28	стр. 33	стр. 80
10	Опис производа (каталог или фотографија)	стр. 69	стр. 6-11	ЛОТ 4 стр. 8-10, ЛОТ 5 стр. 4-5, ЛОТ 6 стр. 4-9, ЛОТ 7 стр. 4-8	стр. 20-56	стр. 38-47	стр. 21-32	ЛОТ 2 стр. 5-28, ЛОТ 7 стр. 36-47, ЛОТ 8 стр. 49-57, ЛОТ 9 стр. 69-70
11	Опис достављених докумената	стр. 1 и /1	у садржају	стр. 32-34	стр. 2	стр. 1	стр. 48	у садржају
12	За ЛОТОВЕ 1, 2, 3 и 8:							
12.1.	Оригинал или овјерена копија важећег Рјешења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ којим се одобрава понуђачу вршење промета медицинским средствима				НЕ	стр. 29	стр. 19-20	стр. 91
12.2.	Изјава о пуштању у рад опреме				НЕ	стр. 30-31	стр. 35	стр. 81
12.3.	Изјава о сервису робе				НЕ	стр. 32-33	стр. 36	стр. 82
12.4.	Изјаву о достављању гаранције за добро извршење уговора				НЕ	стр. 34-35	стр. 37	стр. 83
12.5.	Документ СЕ				НЕ	стр. 36-37	за ЛОТ 1 - 42-43, за ЛОТ 8 44-45	ЛОТ 2 стр. 34, ЛОТ 8 стр. 58-59

Увидом у тендерску документацију и суштинском провјером садржаја и валидности документације, Комисија је утврдила да понуде понуђача Семикем д.о.о. за ЛОТ 7, Сарториус Либра Електроник д.о.о. за ЛОТ 7, Микро+Поло д.о.о. за ЛОТ 1, Елта 90 МБ д.о.о. за ЛОТ 7, Derby Trade д.о.о. за ЛОТ 4, 7 и 8 и Еуро лаб д.о.о. за ЛОТ 2 и 7 **не испуњавају** све формално правне, економске и техничке услове, односно да њихове понуде нису прихватљива за уговорни орган и да не могу бити предмет вредновања у складу са тендерском документацијом и утврђеним критеријумима у обавјештењу о набавци.

Образложење:

- Понуда понуђача „Семикем“ д.о.о. ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, **није прихватљива** из разлога што понуђач није поступио у складу са тачком 5.2.2. тендерске документације, односно није доставио изјаву понуђача да ће, у случају да буде изабран за најповољнијег понуђача, уз испоручену робу доставити упутство на једном од службених језика БиХ, а што је јасно тражено у тачки 5.2. садржај понуде. Такође, понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом, тј. нема релативну системску грешку у четири тачке за аутоматску пипету од 0,5-10 µл.

2. Понуда понуђача „Сарториус Либра Електроник“ д.о.о“ д.о.о. ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, није прихватљива из разлога што понуђач није поступио у складу са тачком 5.2.2. тендерске документације, односно није доставио изјаву понуђача да ће, у случају да буде изабран за најповољнијег понуђача, уз испоручену робу доставити упутство на једном од службених језика БиХ, а што је јасно тражено у тачки 5.2. садржај понуде.
3. Понуда понуђача „Микро+Поло д.о.о. за ЛОТ 1 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler, није прихватљива из разлога што понуђач није поступио у складу са тачком 5.2.2. тендерске документације, односно није доставио:
- Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ којим се одобрава понуђачу вршење промета медицинским средствима;
 - Изјаву понуђача да ће, у случају да буде изабран за најповољнијег, извршити инсталацију, пуштање у рад и обуку за рад на опреми о свом трошку;
 - Изјаву понуђача да ће у гарантном року, о свом трошку вршити сервис робе са одазивом на позив не дужим од 12 сати и да ће у случају да се квар не може отклонити, у року од 24 сата од позива испоручити нови уређај;
 - Изјаву о достављању гаранције за уредно извршење уговора и Овјерену копија документа CE (Conformité Européenne) за понуђену робу, а што је јасно тражено у тачки 5.2. садржај понуде.
4. Понуда понуђача „Елта 90 МБ д.о.о. за ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, није прихватљива из разлога што понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом, тј. нема релативну системску грешку у четири тачке за аутоматску пипету од 0,5-10 μ л.
5. Понуда понуђача „Derby Trade“ д.о.о. за ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете и ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој није прихватљива из следећих разлога:
- За ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом (Вортекс за епрувете - понуђена фиксна брзина 0-2500 о/мин., а захтјевана фиксна брзина 2800 о/мин.);
 - За ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом, тј. нема релативну системску грешку у четири тачке за аутоматску пипету од 0,5-10 μ л;
 - За ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој, понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом (понуђен капацитет 75 литара, а захтјеван капацитет у распону од 80-85 литара, понуђене димензије 700x610x1100 мм, а захтјеване димензије сса (ШxДxВ) 830x640x980mm са могућношћу одступања $\pm 5\%$).
6. Понуда понуђача „Еуро лаб“ д.о.о. за ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска и ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете није прихватљива из следећих разлога:
- За ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом (понуђена максимална брзина swing out ротора 4.000 грт, а захтјевана максимална брзина 4.500 грт);
 - За ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете - понуђена роба не задовољава техничке карактеристике тражене тендерском документацијом, тј. нема релативну системску грешку у четири тачке за аутоматску пипету од 0,5-10 μ л.

Комисија је увидом у понуде понуђача:

1. „АБ Медик“ д.о.о. за ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића, ЛОТ 6 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Хладни сталак, полипропиленска плоча за узорке, адхезивни оптички љепљиви филм за PCR плочу и ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете;
2. „Микро+Поло“ д.о.о. за ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића и ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете;
3. „Елта 90 МБ“ д.о.о. за ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, ЛОТ 3 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Фрижидер са замрзивачем и ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића;
4. „Derby Trade“ д.о.о. за ЛОТ 1 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler;
5. „Еуро лаб“ д.о.о. ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој и ЛОТ 9 - Термо хигрометар/Регионални центар Добој,

утврдила да **испуњавају** све формално правне, економске и техничке услове, односно да су њихове понуде прихватљиве за уговорни орган и да могу бити предмет вредновања у складу са тендерском документацијом и утврђеним критеријумима у обавјештењу о набавци.

У складу са Правилником о условима и начину кориштења Е-аукције („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16), Е-аукција је заказана дана 02.08.2021. године за ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића у 9:00 сати и ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете у 9:30 сати.

У складу са чланом 3., став 3) Правилника о условима и начину кориштења Е-аукције („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16), Е-аукција се не може заказати за ЛОТ 1 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler, ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, ЛОТ 3 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Фрижидер са замрзивачем, ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, ЛОТ 6 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Хладни сталак, полипропиленска плоча за узорке, адхезивни оптички љепљиви филм за PCR плочу, ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој и ЛОТ 9 - Термо хигрометар/Регионални центар Добој, с обзиром да је примљена једна прихватљива понуда.

Узимајући у обзир горе наведено, утврђени критеријум „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија је **након проведене Е-аукције** извршила вредновање свих прихватљивих понуда и формирала ранг листу понуђача наведену у сљедећим табелама:

Табела 1 – ЛОТ 1 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Derby Trade“ д.о.о.	10.540,00 КМ

Табела 2 – ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Елта 90 МБ“ д.о.о.	8.900,00 КМ

Табела 3 – ЛОТ 3 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Фрижидер са замрзивачем

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Елта 90 МБ“ д.о.о.	13.690,00 КМ

Табела 4 – ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„АБ Медик“ д.о.о.	1.460,00 КМ

Табела 5 - ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Микро+поло“ д.о.о.	2.410,00 КМ
2	„АБ Медик“ д.о.о.	2.497,00 КМ
3	„Елта 90 МБ“ д.о.о.	3.000,00 КМ

Табела 6 – ЛОТ 6 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Хладни сталак, полипропиленска плоча за узорке, адхезивни оптички љепљиви филм за PCR плочу

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„АБ Медик“ д.о.о.	1.300,00 КМ

Табела 7 – ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Микро+поло“ д.о.о.	4.300,00 КМ
2	„АБ Медик“ д.о.о.	4.345,00 КМ

Табела 8 - ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Еуролаб“ д.о.о.	12.980,00 КМ

Табела 9 – ЛОТ 9 - Термо хигрометар/Регионални центар Добој

Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
1	„Еуролаб“ д.о.о.	171,00 КМ

Полазећи од горе наведених констатација и утврђене ранг листе, Комисија, сходно утврђеном критеријуму „најнижа цијена“, и на основу члана 64. став 1. под б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, једногласно даје препоруку директору уговорног органа да донесе одлуку о додјели уговора следећим понуђачима:

1. Понуђачу „АБ Медик“ д.о.о., Марка Марулића 26, 71000 Сарајево, за:
ЛОТ 4 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Вортекс и дигитални лабораторијски сат, цијена понуде без ПДВ-а 1.460,00 КМ;
ЛОТ 6 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Хладни сталак, полипропиленска плоча за узорке, адхезивни оптички љепљиви филм за PCR плочу, цијена понуде без ПДВ-а 1.300,00 КМ;
2. Понуђачу „Микро+Поло“ д.о.о. Пијачна 14К, 71210 Илиџа-Сарајево за:
ЛОТ 5 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Магнетни сталак за 96 бунарчића, цијена понуде без ПДВ-а 2.410,00 КМ;
ЛОТ 7 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Аутоматске пипете, цијена понуде без ПДВ-а 4.300,00 КМ
3. Понуђачу „Елта 90 МБ“ д.о.о., Др Силве Ризванбеговића 18А, 71210 Илиџа, Сарајево, за:
ЛОТ 2 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Центрифуга лабораторијска, цијена понуде без ПДВ-а 8.900,00 КМ;
ЛОТ 3 - Опрема за извођење методе секвенцирања/Фрижидер са замрзивачем, цијена понуде без ПДВ-а 13.690,00 КМ;

4. Понуђачу Derby Trade д.о.о., Јована Дучића 1, 76100 Брчко, за:
ЛОТ 1- Опрема за извођење методе секвенцирања/Thermal Cycler, цијена понуде без ПДВ-а 10.540,00 КМ;

5. Понуђачу „Еуролаб“ д.о.о., Филипа Вишњића 22, 76300 Бијељина, за:
ЛОТ 8 - Аутоклав за стерилизацију/Регионални центар Добој, цијена понуде без ПДВ-а 12.980,00 КМ;
ЛОТ 9 - Термо хигрометар/Регионални центар Добој, цијена понуде без ПДВ-а 171,00 КМ

Сходно горе изложеном директор Уговорног органа је одлучио као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан Уговор о јавној набавци и који сматра да је наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци и подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми најкасније 10 (десет) дана од дана пријема обавјештења о резултату поступка јавне набавке. Жалба се подноси уговорном органу у писаној форми.

ДОСТАВЉЕНО:

- Свим учесницима у поступку набавке x 7
- Самосталном референту набавке
- А/а

ДИРЕКТОР
Бранислав Зељковић, магистар фармације

